



**KÚPEĽNO-LIEČEBNÝ ÚSTAV  
MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DRUŽBA  
086 31 Bardejovské Kúpele**

Č. p.: KLUD-64/2015

## VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

### Jednoduchá zákazka na dodanie tovaru

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### **I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA**

**Názov:** Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Bardejovské Kúpele

**Adresa:** 086 31 Bardejovské Kúpele

**Krajina:** Slovenská republika

**Internetová adresa organizácie (URL):** [www.klu-druzba.sk](http://www.klu-druzba.sk)

**Kontaktná osoba:** Ing. Milan Kravec

**Telefón:** 054/4723711-12

**E-mail:** [kravcemil@proxisnet.sk](mailto:kravcemil@proxisnet.sk)

#### **II. OPIS**

**Názov zákazky:** elektro - rehabilitačný prístroj a defibrilátor

**Druh zákazky:** Tovar (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)

**Spoločný slovník obstarávania (CPV):**

**Hlavný predmet obstarávania:**

**CPV: Hlavný slovník:** 33158200-4 Elektroterapeutické prístroje  
33182100-0 Defibrilátory

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:**

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

**Hlavné miesto poskytovania predmetu zákazky:** Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Bardejovské Kúpele – zdravotnícky úsek.

**Termín splnenia zákazky: Do 30.11.2015**

**Platobné podmienky:** Lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia. Faktúry preplácané výhradne prevodným príkazom.

**Stručný opis zákazky:** elektro - rehabilitačný prístroj a defibrilátor – vid' príloha č. 1

#### **III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:**

Predpokladaná hodnota zákazky je **9 500,00 EUR** s DPH za celý predmet zákazky.

#### **IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

##### **Komunikácia:**

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie – emailom.

Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné spôsoby komunikácie, napr. písomne prostredníctvom pošty, telefonicky alebo ich kombináciou.

##### **Lehota na predkladanie ponúk:**

**Dátum:** 18. 09. 2015

**Čas:** 14:00 hod.

**Spôsob predkladania ponúk:** Formou elektronickej komunikácie na email [kravecml@proxisnet.sk](mailto:kravecml@proxisnet.sk) alebo písomne na adresu Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Bardejovské Kúpele, 086 31 Bardejovské Kúpele (v uzatvorenej obálke, s označením – súťaž neotvárať).

#### **V. PODMIENKY ÚČASTI**

##### **Podmienky účasti:**

1. Doklad o oprávnení dodávať tovar (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia.

#### **VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK**

##### **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.

V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, verejného obstarávateľa na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke upozorní a uvedie cenu celkom.

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky parametre predmetu zákazky špecifikované v prílohe č. 1 musia byť dodržané.

Ponúkaná cena musí byť vrátane všetkých započítateľných nákladov a dovozu do KLU MV SR Družba Bardejovské Kúpele – /pracovisko elektroliečba/, montáže a zaškolenia obsluhujúceho personálu.

#### **VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY**

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva alebo objednávka na dodanie požadovaného množstva predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu. Ďalej si vyhradzuje právo neodobrať celé množstvo tovaru uvedené v prílohe č. 1.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Výzva na predkladanie ponúk – Jednoduchá zákazka

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.

Verejný obstarávateľ po prijatí úspešnej ponuky postupuje v súlade s ustanovením § 409 až § 470 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení nesk. Zák.. (ďalej len „Obchodného zákonníka“).

## VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

### **Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: nie**

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celkové požadované množstvo.

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač.

### **Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:**

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Bardejovských Kúpeľoch, 27. 02. 2015

Príloha 1/1

**Dátum odoslania výzvy:**

27. 02. 2015

.....  
MUDr. Martin Tarcalá  
riaditeľ KLÚ MV SR Družba

## **Technické špecifikácie a požiadavky pre prístroje elektro-rehabilitačný prístroj a defibrilátor**

### **Elektro-rehabilitačný prístroj**

Prístroje, ktoré kombinujú samostatne elektroterapiu-ultrazvukovú terapiu a elektroterapiu-vakuovú terapiu majú:

Dva samostatné výstupy pre používanie dvoch rôznych foriem prúdu a výkonu súčasne pre dvoch pacientov.

Prístroj v kombinácii elektroterapia a zvlášť ultrazvuková terapia má obsahovať.

Ergonomickú hlavicu ultrazvuku, ktorá je schopná generovať 1 alebo 3 MHz frekvenciu.

Emitovať až 15 W t.j. 3 W na cm –disponovať zvukovou aj optickou signalizáciou kontaktu hlavice.

Prístroje majú obsahovať LCD dotykovú obrazovku, na ktorej je možná voľba funkcií a výber programu. Operačný systém Windows, ktorý zaručí možnosť upgrade.

Kombinácia elektroterapie s vákuovou terapiou obsahuje vákuovú jednotku, ktorá môže samostatne pracovať.

Prístroj elektro terapia má obsahovať: Možnosť voľby niektorých sekvencií nízkofrekvenčných prúdov DF, CP, LP a svalových skupín /Tonolíza/. Stredofrekvenčné prúdy bipolárne, Tetrapolárne interferenčne, AMF, Kotz.

### **Defibrilátor**

Poloautomatický defibrilátor: Určený aj pre laicku obsluhu v miestach s veľkou koncentraciou ľudí.

Prístroj by mal disponovať hlasovými povelmi pre resuscitáciu ako aj defibriláciu v slovenčine.

Zhodnotenie a určenie energie výboja automatický podľa AHA-možnosť použitia pediatrických elektrod s automatickou zmenou energie výboja,-záznam výboja na pamäťovú kartu-,malá hmotnosť a mechanická odolnosť.

**Ponúkaná cena za obidva zdravotnícke prístroje musí byť vrátane všetkých započítateľných nákladov a dovozu do KLU MV SR Družba Bardejovské Kúpele – /pracovisko zdravotníckeho úseku/, montáže a zaškolenia obsluhujúceho personálu.**

Ing. Milan Kravec  
vedúci EPO