



KÚPEĽNO-LIEČEBNÝ ÚSTAV  
MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DRUŽBA  
086 31 Bardejovské Kúpele

Č. p.: KLUĐ-81-001/2019

## VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

### Zákazka s nízkou hodnotou

V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 438/2015 Z. z.

#### I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

**Názov:** Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Bardejovské Kúpele

**Adresa:** 086 31 Bardejovské Kúpele

**Krajina:** Slovenská republika

**Internetová adresa organizácie (URL):** [www.klu-druzba.sk](http://www.klu-druzba.sk)

**Kontaktná osoba:** Ing. Milan Kravec

**Telefón:** 054/4723711-12

**E-mail:** [kravcemil@proxisnet.sk](mailto:kravcemil@proxisnet.sk)

#### II. OPIS

**Názov zákazky:**

**Nákup:** 12-zvodové EKG

**Druh zákazky:** Tovar

**Spoločný slovník obstarávania (CPV):**

**Hlavný predmet obstarávania:**

**CPV: Hlavný slovník:** 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:**

Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet zákazky.

**Hlavné miesto poskytovania predmetu zákazky:** KLÚ MV SR Družba Bardejovské Kúpele – ambulancia.

**Lehota na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky:**

Do 15.12.2019

**Platobné podmienky:** Lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia. Financovanie tohto predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

**Stručný opis zákazky:** Nákup EKG 12- zvodové podľa prílohy č.1. KLUD-81-001/2019.

### **III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:**

Predpokladaná hodnota zákazky vrátane dopravy a zaškolenia obsluhy je **1 700,00 EUR** bez DPH za celý predmet zákazky.

### **IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

#### **Komunikácia:**

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie – emailom.

Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné spôsoby komunikácie, napr. písomne prostredníctvom pošty, telefonicky alebo ich kombináciou.

#### **Lehota na predkladanie ponúk:**

Ponuky musia byť doručené poštou alebo osobne na vyššie uvedenú adresu v lehote na predkladanie ponúk.

**Dátum: 26.06.2019**

**Čas: 11:00 hod.**

**Spôsob predkladania ponúk:** Formou písomnej komunikácie poslať poštou alebo doručiť osobne na adresu Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Bardejovské Kúpele, 086 31 Bardejovské Kúpele (v uzatvorenej obálke s označením **súťaž – neotvárať a názov predmetu zákazky**).

### **V. PODMIENKY ÚČASTI**

#### **Podmienky účasti:**

Uchádzač má oprávnenie dodávať tovar, poskytovať danú službu v predmetnej zákazke. Oprávnením môže byť výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra alebo iné neživnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov (postačuje aj aktuálny elektronický výpis). Oprávnenie predloží iba víťazný uchádzač pri podpise zmluvy.

### **VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK**

#### **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za tovary v € vrátane DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky.

V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, verejného obstarávateľa na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke upozorní a uvedie cenu celkom bez DPH.

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

### **VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY**

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva alebo objednávka na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po dodaní predmetu obstarávania na základe zmluvy/objednávky.

Verejný obstarávateľ po prijatí úspešnej ponuky postupuje v súlade s ustanovením § 409 až § 470 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení nesk. Zák.. (ďalej len „Obchodného zákonníka“).

## VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

**Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: nie**

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať tovar uvedený v prílohe č.1 k č.p.:KLUD-81-001/2019.

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač.

**Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:**

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- bude predložená iba jedna platná ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
- ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu pokračoval.

**Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu:** Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto prieskumu trhu.

Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu/objednávku.

V Bardejovských Kúpeľoch, 18.06.2019

1 Príloha

.....  
MUDr. Martin Tarcala  
riaditeľ KLÚ MV SR Družba

Popis predmetu obstarávania pre KLÚ MV SR DRUŽBA

Bardejovské kúpele

**12- zvodové EKG**

**Technické parametre:**

Prenosné 12- zvodové EKG s 3-kanálovým zápisom s veľkým displejom  
Veľký LCD displej 115 x 86 mm (rozlíšenie 320x240) pre zobrazenie až 12 zvodov EKG  
Okamžitý zápis na papier široký 63 mm, papier v rolke alebo skladaný  
Automatický a manuálny záznam  
Jednoduché ovládanie, základná obsluha jedným tlačidlom  
Rýchlosť zápisu 5; 10; 12,5; 25 alebo 50 mm/s  
Citlivosť nastaviteľná manuálne 0,25; 0,5; 1; 2 cm/mV alebo automaticky  
Sieťový filter 50/60 Hz, svalový filter 25/35 Hz, filter driftu 0,25/0,5 Hz  
Analýza s interpretáciou a detekciou arytmií  
Interná pamäť minimálne na 128 záznamov  
Zabudovaný komunikačný port LAN na pripojenie s PC  
Napájanie zo siete

**Cenu za predmet obstarávania stanovte vrátane dovozu a zaškolenia obsluhy.**

**Cena za predmet obstarávania bez DPH** ..... €

**Cena za predmet obstarávania s DPH** ..... €

V ..... dňa .....

.....

podpis uchádzača, pečiatka